

Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

PRÜFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr. 301

Al 99,8

Silizium	0,062	%
Mangan	(0,001)	%
Eisen	0,054	%
Kupfer	0,0018	%
Titan	0,0046	%
Zink	0,036	%
Magnesium	0,0008	%
Vanadin	0,0018	%
Zinn	(<0,0005)	%
Aluminium	(Rest)	

(BAM - 4094)

Berlin-Dahlem, den

19

() - Richtwerte

Abteilungsleiter